



中国石油大学(北京)
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

实验室安全管理办公室

电话：010-89732118，地点：主楼A座1211

关于进一步加强我校恒温水浴、油浴锅及水热反应釜使用管理的通知

为进一步加强和规范我校恒温水浴、油浴锅及水热反应釜使用管理，确保实验室安全平稳运行，现将有关事项通知如下：

1. 各实验室应明确恒温水浴、油浴锅及水热反应釜在实验过程中的使用流程、实验参数，并确保设备处于可正常使用状态。实验室使用多个水热反应釜及内衬套时应注意做好唯一性标识，非必要不应混用；
2. 各实验室强化专项培训，不仅包括实验使用，也要包括实验前的准备与实验后的清洗。应急处置措施应按照实验特点具有针对性和可操作性；
3. 各实验室在利用恒温水浴、油浴进行持续性实验时应在显著位置设置提示牌，至少标明实验人、实验开始日期与时间及持续时间；
4. 利用恒温水浴、油浴以及水热反应釜进行实验时，务必完整填写实验记录；
5. 各二级单位督查组在日常巡查时应关注上述持续实验中是否存在不规范行为，及时提醒实验室负责人，并做好记录，纳入实验室管理风险评估中。

